

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : bh075-
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۰/۳۰:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۸	۱۳.۳۳۷	۴۸.۴۹۹	۶۱.۷۳۶	۷۴.۹۵۳	۸۸.۱۸	۱۰۱.۴۰۷	۱۱۴.۶۳۴	۱۳۷.۸۶۱

مقدار	تاریخ
۵۷.۹	۱۴۰۰/۱۳/۱۴
۸۷.۲	۱۴۰۰/۱۳/۱۶
۸۴.۲	۱۴۰۰/۱۳/۱۸
۸۷.۲	۱۴۰۰/۱۳/۲۱
۵۴.۲	۱۴۰۰/۱۳/۲۳
۹۶.۳	۱۴۰۰/۱۳/۲۵
۸۶.۴	۱۴۰۰/۱۳/۲۸

مقدار	تاریخ
۹۵.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۹۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۸۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۹۵.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۹۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۸۵.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۸۷.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۹۰.۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹۸.۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۲
۸۷.۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۵
۷۸.۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۷
۱۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۹
۱۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۹.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۰.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 17.124	SD: 15.276	Mean: 89.208
-------------	------------	--------------

