

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : سری ساخت : k6927-200302
۱۳۹۹/۱۱/۲۸:

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۷.۸۱۳	۲.۲۳	۵.۸۲۸	۸.۰۵۸	۱۰.۲۸۸	۱۳.۵۱۸	۱۴.۷۴۸	۱۶.۹۷۸	۱۹.۲۰۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۱.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۶.۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

CV%: 11.944	SD: 1.594	Mean: 13.345
-------------	-----------	--------------

