

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۱/۲۸:

سری ساخت : k6927-200302

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۵.۰۳۴	۱.۹۴۴	۷.۰۹۸	۹.۰۴۲	۱۰.۹۸۶	۱۲.۹۳	۱۴.۸۷۴	۱۶.۸۱۸	۱۸.۷۶۲

مقدار	تاریخ
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۲.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۸

CV%: 16.747	SD: 2.121	Mean: 12.663
-------------	-----------	--------------

