

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : BH-075

عنوان کنترل : High کنترل
شروع کنترل : 1400/04/01

| 3SD | 2SD | 1SD | MEAN | -1SD | -2SD | -3SD | SD | CV% |
|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 127.861 | 114.634 | 101.407 | 88.18 | 74.953 | 61.726 | 48.499 | 13.227 | 8.8 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 02/05/1400 | 92.2 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 23/04/1400 | 71 |
| 26/04/1400 | 86.2 |
| 28/04/1400 | 68.2 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 16/04/1400 | 94 |
| 19/04/1400 | 105 |
| 21/04/1400 | 108 |

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| Mean: 89.229 | SD: 15.364 | CV%: 17.219 |
|--------------|------------|-------------|

