

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : کنتزل :
شروع کنتزل : سری ساخت : BH-075
۱۴۰۰/۰۴/۰۱:

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۷.۰۷۸	۱۵.۲۹۴	۴۳.۶۷۴	۵۸.۹۶۸	۷۴.۲۶۲	۸۹.۵۵۶	۱۰۴.۸۵	۱۲۰.۱۴۴	۱۲۵.۴۳۸

مقدار	تاریخ
۸۷.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۹۴.۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۹۴.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۸۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۹۷.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۹۲.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 5.41	SD: 4.933	Mean: 91.193
-----------	-----------	--------------

