

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : سری ساخت : ۰۹۱  
کنترل High : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲:

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۸	۱۲.۵۹	۴۶.۱۷	۵۸.۷۶	۷۱.۳۵	۸۳.۹۴	۹۶.۵۳	۱۰۹.۱۲	۱۲۱.۷۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۷۸.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۸۹.۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۹۱.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
		۷۰.۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۴	۹۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
		۹۶.۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۸	۹۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
		۱۰۸.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹۸.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
CV%: 12.022		SD: 10.959		Mean: 91.156	

