

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : کنترل High
شروع کنترل : سری ساخت : /۰۷۹
۱۴۰۱/۰۵/۰۱:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۴۲۳	۹.۹۳۸	۵۷.۱۸۶	۶۷.۱۳۴	۷۷.۰۶۲	۸۷	۹۶.۹۳۸	۱۰۶.۸۷۶	۱۱۶.۸۱۴

مقدار	تاریخ
۱۰۱.۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۷
۸۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۰.۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۱۰۱.۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۰۷.۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۷۰.۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۳
۹۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مقدار	تاریخ
۸۹.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۰۶.۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۷۷.۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۸۷.۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱

CV%: 16.552	SD: 14.558	Mean: 87.95
-------------	------------	-------------

