

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : سری ساخت : /۰۷۹  
کنترل High : شروع کنترل :  
کنترل : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۵.۶۹۷	۱۳.۶۵۹	۴۶.۰۴	۵۹.۶۹۹	۷۳.۳۵۸	۸۷.۰۱۷	۱۰۰.۶۷۶	۱۱۴.۳۳۵	۱۲۷.۹۹۴

مقدار	تاریخ
۹۹.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۹۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۰۶.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۷۴.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۸۸.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۹۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۸۰.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۶۶.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۸۵.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۶۲.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 16.354	SD: 14.197	Mean: 86.808
-------------	------------	--------------

