

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزایدر
عنوان کنترل : conI
سری ساخت : ۱۳۲۷۲
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۸	۱.۶۶۷	۹.۹۹۹	۱۱.۶۶۶	۱۳.۳۳۳	۱۵	۱۶.۶۶۷	۱۸.۳۳۴	۲۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۵.۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۵.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۸.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲

CV%: 5.926	SD: 0.941	Mean: 15.881
------------	-----------	--------------

