

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : سری ساخت : ۰۹۱
کنترل High : شروع کنترل :
کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۱۱۵	۹.۷۴۹	۶۷.۱۳۸	۷۶.۸۸۷	۸۶.۶۳۶	۹۶.۳۸۵	۱۰۶.۱۳۴	۱۱۵.۸۸۳	۱۲۵.۶۳۲

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۰۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۹۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
		۱۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۹۷.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
		۹۰.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
CV%: 11.049		SD: 11.469		Mean: 103.8	

