

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
سری ساخت : ۰۹۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۷۶۵	۱۲,۸۴۷	۵۴,۷۸۹	۶۷,۶۳۶	۸۰,۴۸۳	۹۳,۳۳	۱۰۶,۱۷۷	۱۱۹,۰۲۴	۱۳۱,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۹۳,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۹۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۸۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۸۶,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰۶,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۸,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۸۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 15.331	SD: 14.467	Mean: 94.362
-------------	------------	--------------

