

عنوان کنترل :
کنترل داخل کیت II
شروع کنترل
۱۴۰۲/۱۰/۲۵:

سری ساخت : CL0270-090

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۰۸	۰,۸۱۸	۱۴,۹۲۱	۱۵,۷۳۹	۱۶,۵۵۷	۱۷,۳۷۵	۱۸,۱۹۳	۱۹,۰۱۱	۱۹,۸۲۹

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۶,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۶,۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹,۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۷,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۷,۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۹,۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۶,۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۸,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۶,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۷,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۷,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۶,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۶,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 5.605	SD: 0.975	Mean: 17.395
------------	-----------	--------------

