


عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۹۱
عنوان کنترل : عنوان کنترل
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۰/۱۲: High کنترل

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۸۴۶	۱۲.۶۴۳	۶۰.۴۹۱	۷۳.۱۳۴	۸۵.۷۷۷	۹۸.۴۲	۱۱۱.۰۶۳	۱۲۳.۷۰۶	۱۳۶.۳۴۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۹۶.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۹۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۹.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۰.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۸۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۸۹.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۸.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۲۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۲.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰۸.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
		۹۲.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۱۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
		۸۹.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
		۸۸.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۷.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
CV%: 11.937		SD: 11.288		Mean: 94.562	



22