

عنوان کنترل : کنترل II  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

سری ساخت : ۲۱۰

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹.۷	۱۳.۳۳۳	۳۵.۰۰۱	۴۸.۳۳۴	۶۱.۶۶۷	۷۵	۸۸.۳۳۳	۱۰۱.۶۶۶	۱۱۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۹۶.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۸۵.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۹۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۹۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸۶.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۹۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳

CV%: 14.334	SD: 12.62	Mean: 88.045
-------------	-----------	--------------

