

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۴ | ۲.۱۱۷ | ۲۵.۳۹۹ | ۲۷.۵۱۶ | ۲۹.۶۳۳ | ۳۱.۷۵ | ۳۳.۸۶۷ | ۲۵.۹۸۴ | ۳۸.۱۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۱.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
| ۲۹.۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
| ۳۱.۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
| ۲۹.۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
| ۳۰.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
| ۳۱.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
| ۲۹.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
| ۳۱.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
| ۳۲.۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
| ۳۲.۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۰.۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
| ۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
| ۳۳.۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
| ۳۴.۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
| ۳۱.۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| ۳۱.۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
| ۳۱.۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
| ۳۱.۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
| ۳۱.۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
| ۳۳.۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
| ۲۸.۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
| ۲۹.۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
| ۳۰.۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۹.۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
| ۳۰.۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
| ۳۰.۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
| ۳۱.۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
| ۲۸.۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
| ۳۰.۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
| ۲۹.۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
| ۳۱.۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| ۳۲.۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
| ۳۰.۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
| ۳۱.۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
| ۳۰.۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |

| | | |
|-----------|-----------|--------------|
| CV%: 4.71 | SD: 1.468 | Mean: 31.169 |
|-----------|-----------|--------------|

