

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۵۴۹	۱.۱۴۸	۲۸.۸۸۹	۳۰.۰۳۷	۳۱.۱۸۵	۳۲.۳۳۳	۳۳.۴۸۱	۳۴.۶۲۹	۳۵.۷۷۷

مقدار	تاریخ
۳۱.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۳۲.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۲.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۳۱.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۳۲.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۰.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۳۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۳۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۳۲.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۳۳.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۳۱.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳۴.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۲.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۳۲.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۳۲.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 3.16	SD: 1.026	Mean: 32.452
-----------	-----------	--------------

