

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۲۹	۰.۹۳۵	۲۵.۶۱۸	۲۶.۵۵۳	۲۸.۴۲۳	۲۹.۳۵۸	۳۰.۲۹۳	۳۱.۲۲۸

مقدار	تاریخ
۲۷.۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۲۹.۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۲۸.۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۸.۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۷.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۸.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۷.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۷.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۷.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۲۷.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۶.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۷.۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۲۶.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۲۶.۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۸.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 3.006	SD: 0.838	Mean: 27.874
------------	-----------	--------------

