

عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

عنوان آزمایش : DHEA S04  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۶	۱۷.۶۶۷	۱۶۵.۹۹۹	۱۸۳.۶۶۶	۲۰۱.۳۳۳	۲۱۹	۲۳۶.۶۶۷	۲۵۴.۳۳۴	۲۷۲.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲۰۶.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲۲۴.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۲۱۵.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۰۷.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸

CV%: 3.869	SD: 8.226	Mean: 212.6
------------	-----------	-------------

