

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

عنوان آزمایش : DHEA SO4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۸۶۹	۸.۲۲۶	۱۸۷.۹۲۲	۱۹۶.۱۴۸	۲۰۴.۳۷۴	۲۱۲.۶	۲۲۰.۸۲۶	۲۲۹.۰۵۲	۲۳۷.۲۷۸

مقدار	تاریخ
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۲۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲۲۴.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷

CV%: 2.949	SD: 6.457	Mean: 219
------------	-----------	-----------

