

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

DHEA SO4 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۶۴۱	۵.۸۵۲	۲۰۴.۰۴۴	۲۰۹.۸۹۶	۲۱۵.۷۴۸	۲۲۱.۶	۲۲۷.۴۵۲	۲۳۳.۳۰۴	۲۳۹.۱۵۶

مقدار	تاریخ
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 2.262	SD: 5.1	Mean: 225.44
------------	---------	--------------

