

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA SO4 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۰۰۴	۱۰,۶۸۵	۱۸۱,۴۷۵	۱۹۲,۱۶	۲۰۲,۸۴۵	۲۱۳,۵۳	۲۲۴,۲۱۵	۲۳۴,۹	۲۴۵,۵۸۵

مقدار	تاریخ
۲۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۲۲۹,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۱۹,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۹۶,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۱۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۹۳,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۲۵,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۱۳,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۱۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 5.184	SD: 10.992	Mean: 212.046
------------	------------	---------------

