

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA SO4 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۸۸۲	۱۰,۳۴۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۹۱,۲	۲۰۱,۵۴۵	۲۱۱,۸۹	۲۲۲,۲۳۵	۲۳۲,۵۸	۲۴۲,۹۲۵

مقدار	تاریخ
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۲۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱۳,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۱۱,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۱۸,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۲۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 4.106	SD: 9.121	Mean: 222.109
------------	-----------	---------------

