

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA SO4 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۰۱۵	۸,۴۵۶	۱۸۵,۲۷۲	۱۹۳,۷۲۸	۲۰۲,۱۸۴	۲۱۰,۶۴	۲۱۹,۰۹۶	۲۲۷,۵۵۲	۲۳۶,۰۰۸

مقدار	تاریخ
۱۹۶,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۰۲,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۰۷,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۰۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۲۰,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 5.38	SD: 11.472	Mean: 213.222
-----------	------------	---------------

