

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA SO4 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۷۵	۹,۵۲۷	۱۹۴,۲۵۲	۲۰۳,۷۷۹	۲۱۳,۳۰۶	۲۲۲,۸۳۳	۲۳۲,۳۶	۲۴۱,۸۸۷	۲۵۱,۴۱۴

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 4.928	SD: 10.939	Mean: 222
------------	------------	-----------

