

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
27.232	26.249	25.266	24.283	23.3	22.317	21.334	0.983	4.049

تاریخ	مقدار
12/12/1399	23.5

تاریخ	مقدار
06/12/1399	23.2
09/12/1399	25
10/12/1399	23.5
11/12/1399	23

تاریخ	مقدار
02/12/1399	26
03/12/1399	25
04/12/1399	24.3
05/12/1399	23

Mean: 24.056	SD: 1.073	CV%: 4.458
--------------	-----------	------------

