

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۳

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳.۵۶۲	۱۹.۰۹۵	۴۷۸.۸۱۵	۴۹۷.۹۱	۵۱۷.۰۰۵	۵۳۶.۱	۵۵۵.۱۹۵	۵۷۴.۲۹	۵۹۳.۳۸۵

مقدار	تاریخ
۵۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۵۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۵۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۵۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۵۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۵۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۵۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۵۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۵۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۵۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۵۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۵۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۵۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۵۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۵۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 1.769	SD: 9.426	Mean: 532.833
------------	-----------	---------------

