

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۷۵۲	۱.۱۳	۲۰.۳۹۷	۲۱.۵۳۷	۲۲.۶۵۷	۲۲.۷۸۷	۲۴.۹۱۷	۲۶.۰۴۷	۲۷.۱۷۷

مقدار	تاریخ
۲۲.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲۲.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲۲.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۲۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۵.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲۲.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۵.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۵.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.943	SD: 1.209	Mean: 24.465
------------	-----------	--------------