

عنوان آزمایش : DHT
 عنوان دستگاه : الیزاریدر سری ساخت : ۲۱۰۰۷۶

عنوان کنترل : HIGH
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
345.258	333.045	320.832	308.619	296.406	284.193	271.98	12.213	3.957

تاریخ	مقدار
29/03/1400	317
31/03/1400	320

تاریخ	مقدار
12/03/1400	333
17/03/1400	319
19/03/1400	320
22/03/1400	304
26/03/1400	319

تاریخ	مقدار
04/03/1400	299
04/03/1400	303
05/03/1400	311
08/03/1400	309
10/03/1400	302

Mean: 313	SD: 10.018	CV%: 3.201
-----------	------------	------------

