

عنوان آزمایش : DHT

عنوان دستگاه : الیزاریدر سری ساخت : 210076

عنوان کنترل : HIGH

شروع کنترل : 1399/12/16

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
344.257	332.638	321.019	309.4	297.781	286.162	274.543	11.619	3.755

تاریخ	مقدار
28/04/1400	309

تاریخ	مقدار
14/04/1400	312
16/04/1400	340
19/04/1400	318
21/04/1400	316

تاریخ	مقدار
02/04/1400	302
05/04/1400	311
07/04/1400	316
09/04/1400	310

Mean: 314.889	SD: 10.553	CV%: 3.351
---------------	------------	------------

