

HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر :
سری ساخت : ۲۱۰۰۷۶

| %CV | SD | SD ^{۲-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-------|--------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۴۰۳ | ۱۰.۶۶۷ | ۲۸۱.۴۶۶ | ۲۹۲.۱۳۳ | ۳۰۲.۸ | ۳۱۳.۴۶۷ | ۳۲۴.۱۳۴ | ۳۳۴.۸۰۱ | ۳۴۵.۴۶۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 2.029 | SD: 6.397 | Mean: 315.25 |
|------------|-----------|--------------|

