

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

سری ساخت : ۴۰۳۸۳- /

ACTH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰	۷۰.۸۳۳	۱۳۰.۰۰۱	۲۰۰.۸۳۴	۲۷۱.۶۶۷	۳۴۲.۵	۴۱۳.۳۳۳	۴۸۴.۱۶۶	۵۵۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۳۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱

CV%: 18.756	SD: 65.569	Mean: 349.583
-------------	------------	---------------

