

HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : CS3006

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۷۹۷	۲۴,۷۶۲	۳۵۲,۸۸۱	۳۷۷,۶۴۳	۴۰۲,۴۰۵	۴۲۷,۱۶۷	۴۵۱,۹۲۹	۴۷۶,۶۹۱	۵۰۱,۴۵۳

مقدار	تاریخ
۴۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۴۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۴۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 3.582	SD: 15.421	Mean: 430.478
------------	------------	---------------

