

HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : CS3006

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۴	۱۵,۱۲۱	۳۸۱,۷۳۷	۳۹۶,۸۵۸	۴۱۱,۹۷۹	۴۲۷,۱	۴۴۲,۲۲۱	۴۵۷,۳۴۲	۴۷۲,۴۶۳

مقدار	تاریخ
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 2.799	SD: 12.166	Mean: 434.7
------------	------------	-------------

