

عنوان آزمایش : Digoxin
عنوان دستگاه : simense

EC سری ساخت : ۲۱۸۷

عنوان کنترل : permium III
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.567	4.371	4.175	3.979	3.783	3.587	3.391	0.196	4.925

تاریخ	مقدار
30/01/1403	4.1

تاریخ	مقدار
27/01/1403	4.1
28/01/1403	3.8

تاریخ	مقدار
25/01/1403	3.9
26/01/1403	3.9

Mean: 3.96	SD: 0.134	CV%: 3.388
------------	-----------	------------

