

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۷	۶.۶	۴۶.۲	۵۲.۸	۵۹.۴	۶۶	۷۲.۶	۷۹.۲	۸۵.۸

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۷۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۷۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 6.131	SD: 4.481	Mean: 73.083
------------	-----------	--------------

