

عنوان آزمایش : Estradiol  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
عنوان کنترل : ABBOTT-1  
سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱ / شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۸.۳۰۴	۴.۶۴۶	۴۲.۰۱۹	۴۶.۶۶۵	۵۱.۳۱۱	۵۵.۹۵۷	۶۰.۶۰۳	۶۵.۲۴۹	۶۹.۸۹۵

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 6.028	SD: 3.601	Mean: 59.741
------------	-----------	--------------

