

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۳۰۱ /

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۳۵۶	۳.۷۷۴	۴۸.۰۴۵	۵۱.۸۱۹	۵۵.۵۹۳	۵۹.۳۶۷	۶۳.۱۴۱	۶۶.۹۱۵	۷۰.۶۸۹

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 7.633	SD: 4.552	Mean: 59.636
------------	-----------	--------------

