

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۱۸۶	۳.۱۷۷	۶۶.۳۶۹	۶۹.۵۴۶	۷۲.۷۲۳	۷۵.۹	۷۹.۰۷۷	۸۲.۲۵۴	۸۵.۴۳۱

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷

CV%: 5.501	SD: 4.156	Mean: 75.545
------------	-----------	--------------

