

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۲۰۷	۴.۲۱۶	۴۵.۸۵۲	۵۰.۰۶۸	۵۴.۲۸۴	۵۸.۵	۶۲.۷۱۶	۶۶.۹۳۳	۷۱.۱۴۸

مقدار	تاریخ
۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۶۲.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 5.402	SD: 3.388	Mean: 62.713
------------	-----------	--------------

