

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴۶۸	۳.۴۲	۵۲.۲۸۷	۵۵.۷۰۷	۵۹.۱۲۷	۶۲.۵۴۷	۶۵.۹۶۷	۶۹.۳۸۷	۷۲.۸۰۷

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۶۹.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۵.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 5.464	SD: 3.449	Mean: 63.117
------------	-----------	--------------

