

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

سری ساخت : //۳۴۳۱۲۳۰۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۳۰۶	۵.۹۲۸	۵۳.۵۸۳	۵۹.۵۱۱	۶۵.۴۳۹	۷۱.۳۶۷	۷۷.۲۹۵	۸۲.۲۲۳	۸۹.۱۵۱

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

CV%: 6.089	SD: 4.512	Mean: 74.111
------------	-----------	--------------

