

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : لیازون
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : /-/۴۰۳۸۳
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۰.۷	۳۹.۳۳۳	۲۷۶.۰۰۱	۳۱۵.۳۳۴	۳۵۴.۶۶۷	۳۹۴	۴۳۳.۳۳۳	۴۷۳.۶۶۶	۵۱۱.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۳۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۴۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۴۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۴۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۴۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۳۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۴۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹

CV%: 10.305	SD: 40.665	Mean: 394.636
-------------	------------	---------------

