

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۴	۵.۹۶۷	۴۱.۶۹۹	۴۷.۶۶۶	۵۳.۶۳۳	۵۹.۶	۶۵.۵۶۷	۷۱.۵۳۴	۷۷.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

CV%: 7.355	SD: 4.44	Mean: 60.375
------------	----------	--------------

