

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₃ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۵۷۷ | ۴.۶۹۸ | ۴۷.۹۰۶ | ۵۲.۶۰۴ | ۵۷.۳۰۲ | ۶۲ | ۶۶.۶۹۸ | ۷۱.۳۹۶ | ۷۶.۰۹۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |

| | | |
|------------|-----------|----------|
| CV%: 7.077 | SD: 4.387 | Mean: 62 |
|------------|-----------|----------|

