

عنوان کنترل : ABBOTT-2  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

عنوان آزمایش : Estradiol  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۲۵	۷,۱۴۶	۱۶۵,۳۹۵	۱۷۲,۵۴۱	۱۷۹,۶۸۷	۱۸۶,۸۳۳	۱۹۳,۹۷۹	۲۰۱,۱۲۵	۲۰۸,۲۷۱

مقدار	تاریخ
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 2.757	SD: 5.195	Mean: 188.417
------------	-----------	---------------

