

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

سری ساخت: /۳۲۹۰۸۱۹۳

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱.۶۲۱	۶.۱۲۷	۳۵۹.۵۱۹	۳۶۵.۶۴۶	۳۷۱.۷۷۳	۳۷۷.۹	۳۸۴.۰۲۷	۳۹۰.۱۵۴	۳۹۶.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۳۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۳۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۳۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۳۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۳۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۳۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۳۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۳۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۳۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۳۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۳۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۳۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۳۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۳۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶

CV%: 1.552	SD: 5.881	Mean: 379
------------	-----------	-----------

