

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۳ /

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱.۳۵۷	۵.۱۴۹	۳۶۳.۹۲	۳۶۹.۰۶۹	۳۷۴.۳۱۸	۳۷۹.۳۶۷	۳۸۴.۵۱۶	۳۸۹.۶۶۵	۳۹۴.۸۱۴

مقدار	تاریخ
۳۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقدار	تاریخ
۳۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۳۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴

CV%: 1.171	SD: 4.467	Mean: 381.429
------------	-----------	---------------

