

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۳۲۸	۳.۹۵۱	۴.۲۷۹	۴.۶۰۷	۴.۹۳۵	۵.۲۶۳	۵.۵۹۱	۵.۹۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۴.۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۴.۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۴.۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۴.۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۴.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۵.۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵.۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴.۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۴.۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۴.۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۴.۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴.۹۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴.۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۵.۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵.۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۴.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۵.۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۴.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴.۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۴.۷۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴.۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۵.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴.۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹

CV%: 2.916	SD: 0.143	Mean: 4.888
------------	-----------	-------------

