

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۵۲۵	۰.۱۲۴	۴.۵۳۳	۴.۶۵۷	۴.۷۸۱	۴.۹۰۵	۵.۰۲۹	۵.۱۵۳	۵.۲۷۷

مقدار	تاریخ
۴.۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۵.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۴.۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴.۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴.۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۵.۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴.۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۴.۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۴.۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴.۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۴.۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۴.۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۴.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۵.۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۴.۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۴.۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴.۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴.۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۵.۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۵.۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 2.319	SD: 0.114	Mean: 4.901
------------	-----------	-------------

