

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۶	۰.۳۹۲	۴.۷۰۹	۵.۱۰۱	۵.۴۹۳	۵.۸۸۵	۶.۳۷۷	۶.۶۶۹	۷.۰۶۱

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۶.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۶.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۶.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶.۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶.۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶.۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۵.۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵.۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵.۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۶.۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶.۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶.۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 5.146	SD: 0.322	Mean: 6.256
------------	-----------	-------------

